

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Fenolvörös**Minőség: **indikátor**Termék kód: **10201**Azonosító: **0856**CAS szám: **143-74-8****VIZSGÁLAT****ELŐÍRÁS**Oldódás (0,1 g/100 ml EtOH)
A színátcsapás pH-tartományae.sz.
6,8-8,2

Dátum (év.hó.nap): 2006.02.18

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető