

Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Metanol**Minőség: **HPLC célra, CER**Termék kód: **20740**Azonosító: **7085**CAS szám: **67-56-1**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
d_4^{20}	0,7917-0,7921
n_D^{20}	1,3278-1,3298
Forráspont	64,1-65,1
Bepárlási maradék	max. 5 ppm
Víz (KF)	max. 0,05 ppm
Savasság	max. 0,0005 mekv/g
Lúgosság	max. 0,0002 mekv/g
Tartalom (GLC)	min. 99,9%
Spektrofotometriás jellemzők:	
T (210 nm)	min. 20%
T (235 nm)	min. 80%
T (260nm)	min. 98%
0,2 µm-es szűrőn szűrve	

Dátum (év.hó.nap): 2008.09.10

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető