


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Puffer oldat pH 2,00 $\pm$ 0,05 (20°C), 500 ml pufferhez**Minőség: **min.jellemzők sz.**Termék kód: **27000**Azonosító: **7118**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
pH (20 °C)	1,95-2,05

Dátum (év.hó.nap): 2008.09.23

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető