


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Puffer oldat pH 3,00 $\pm$ 0,05 (20°C), 500 ml pufferhez**Minőség: **min.jellemzők szerint**Termék kód: **27010**Azonosító: **7120**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
pH (20 °C)	2,95-3,05

Dátum (év.hó.nap): 2008.09.24

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető