

Reanal Laborvegyszer  
Kereskedelmi Kft.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.  
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.hu

Termék: **Puffer oldat pH 8,00  $\pm$  0,05 (20°C), 500 ml pufferhez**


Minőség: **min.jellemzők sz.**

Termék kód: **27080**

Azonosító: **7128**

| VIZSGÁLAT  | ELŐÍRÁS                   |
|------------|---------------------------|
| Külleme    | Tiszta színtelen folyadék |
| Azonosság  | Azonos                    |
| pH (20 °C) | 7,95-8,05                 |

Dátum (év.hó.nap): 2008.10.07



Horváth Zsolt  
minőségellenőrzés vezető