

Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.hu

Termék: **Puffer oldat pH 9,00 ± 0,05 (20°C), 500 ml pufferhez**


Minőség: **min.jellemzők sz.**

Termék kód: **27090**

Azonosító: **7129**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
pH (20 °C)	8,95-9,05

Dátum (év.hó.nap): 2008.10.07



Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető