


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Aceton-d₆**Minőség: **NMR célra, 99,8%, Acros**Termék kód: **0285L**Azonosító: **7297**CAS szám: **666-52-4**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Küllem	tiszta, színtelen folyadék
Deutérium tartalom	min. 99,75%
Víz	max. 0,1%

Dátum (év.hó.nap): 2010.06.21

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető